

FLUKE.

Strommesszange, Typ: 325**Bestelldaten**

Bestellnummer	473290 325
GTIN	095969623766
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design. Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Norm:**EN 61010-1****Lieferumfang:**

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche. Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR3.

Kalibrierung: I4

Anzeigeumfang: 4000

Grundgenauigkeit: 2 %

Durchgangsprüfung: $\leq 30 \Omega$

Messverfahren: TRUE RMS (AC)

Speicherfunktion: HOLD, MAX/MIN

Wechselspannung AC: 0,1 V – 600 V

Technische Beschreibung

Wechselspannung AC	0,1 V – 600 V
--------------------	---------------

Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Überspannungskategorie	CAT IV 300 V
maximale Zangenöffnung	30 mm
Kapazität	100,0 µF bis 1000 µF
Gleichspannung DC	0,1 V – 600 V
Messverfahren	TRUE RMS (AC)
Gleichstrom DC	0,1 A – 400 A
Durchgangsprüfung	≤30 Ω
Frequenz	5 Hz – 500 Hz
Anzeigeumfang	4000
Wechselstrom AC	0,1 A – 400 A
Speicherfunktion	HOLD, MAX/MIN
Grundgenauigkeit	2 %
Widerstand	0,1 Ω – 40 kΩ
Kontaktmessung Temperatur	-10 - 400 °C
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	2
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2× 081561 LR3
Kalibrierung	I4
Produktart	Stromzange

Dienstleistungen

Kalibrierung Stromzange Typ D	017720 D
DAkKS-Kalibrierung Stromzange Typ D	016790 D

Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081556 LR3
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR3	081561 LR3

