



Dispositif de contrôle du couple de serrage pour micromètres



Données de commande

N° commande	481346
GTIN	4045197286574
Classe d'article	42K

Description

Exécution:

Ce dispositif permet d'évaluer simplement les forces s'exerçant sur les surfaces de mesure.
Suivant DIN 863 T1, la force de mesure doit se situer entre 5 et 10 N.

Accessoire(s):

Rallonges 481348 pour plages de mesure supérieures.

Etalonnage: B12

Description technique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Méetrologie	analogique
Etalonnage	B12
Type de produit	Dispositifs de contrôle du couple de serrage pour micromètres

Services

Etalonnage Appareils de contrôle de la force de mesure	012070
--	--------

Marquage inscription au laser Type

018940

Accessoires

Rallonge pour dispositif de contrôle du couple de serrage
Pour plage de mesure 25-50 mm

481348 25-50

Rallonge pour dispositif de contrôle du couple de serrage
Pour plage de mesure 75-100 mm

481348 75-100

Rallonge pour dispositif de contrôle du couple de serrage
Pour plage de mesure 50-75 mm

481348 50-75